COMED

Mode d'emploi et de sécurité
Lampe ECO REF.N° : 45 300 10

ATTENTION : TRES IMPORTANT

Ce modèle de lampe n'est pas équipé de bras de type compensé : par auto positionnement.

Vous devez donc impérativement DESSERRER les poignées de serrage AVANT tous changements de positionnement des deux bras.

Dans le cas contraire , l'usure des axes entraînera un desserrage permanent.

Réf. N° :	Pièces constitutives
FA45300XX	Haut de lampe ECO- COMED
45 300 12	Pieds avec tube blanc sur roulettes

N° de série et étiquette technique sur le bras.

1. Indications relatives à la sécurité

Dans ce mode d'emploi, toutes les indications relatives à la sécurité sont marquées par un **!** .

!	**Avant d'utiliser la lampe, lisez ce mode d'emploi ainsi que les règlements de sécurité correspondants en vigueur dans votre pays, et respectez ces instructions.** *Conservez SVP ce mode d'emploi pour pouvoir ultérieurement y recourir et joignez-le à l'appareil si celui-ci est cédé ou vendu.*
!	**Utilisation conformément à sa destination: cet appareil est destiné à éclairer une petite surface. Ne pas rapprocher la tête de la lampe trop prés de la surface éclairée , risque de brulures.**
!	**Ne pas river ou visser plaques ou marques sur l'appareil. L'isolation protectrice risque sinon de ne plus fonctionner. Nous recommandons l'emploi de plaques adhésives.**
!	**Utiliser seulement des prises et des câbles intacts. Il est indispensable de les vérifier régulièrement.**
!	**La tension du réseau doit correspondre aux indications relatives à la tension mentionnées sur l'appareil.**
!	**Utiliser uniquement les accessoires originaux.**
!	**Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones où des explosions peuvent se produire.**

Lors d'une utilisation prolongée risque de brûlures au niveau de la vitre de protection. Ne pas laisser l'appareil éclairé sans surveillance , éteindre toujours après utilisation.

A manipuler que par une personne compétente et qualifiée. Cet lampe n'est pas un Dispositif Médical au sens de la Directive 93/42.

2. Utilisation

Cette lampe d'examens est utilisée uniquement pour les examens visuels des patients et ne constitue pas un appareil de soutien pour des interventions chirurgicales. Sa plage réduite et sa luminosité n'en font pas un appareil d'examens approfondis de type gynécologique, dermatologique ou proctologique.
Elle convient pour les examens simples et superficielles. Elle n'a pas vocation à apporter un soutien au diagnostic.

Mise en marche / Mise hors circuit

Mise en marche: Pousser l'interrupteur vers l'avant (I)
Mise hors circuit: Pousser l'interrupteur vers l'arrière (0)

3. Montage / changement de l'ampoule

Risque d'électrocution en cas de changement de l'ampoule. Débranchez l'appareil avant le changement de l'ampoule. Ne brancher la lampe ECO COMED que lorsqu'elle est hors circuit. Ne pas changer une ampoule encore chaude

Ouverture de la tête de lampe / Démontage de l'ampoule .

1. Posez la lampe sur un plan dur (table)
2. Retirez le serre glace du devant de l'ampoule. Attention ne pas casser la vitre de protection de l'ampoule
3. Sortez l'ampoule de son emplacement.
4. Enlevez les deux ergots du socle-douille sans tirer sur les fils.

Mise en place de la nouvelle ampoule .

Vérifiez la propreté de la nouvelle ampoule si nécessaire surtout le devant

1. Mettez en place une nouvelle ampoule en insérant les deux ergots dans la douille.
2. Placez l'ampoule dans son emplacement bien droite.
3. Replacez l'anneau ressort en resserrant les deux bouts.

4. Utilisation: Plage éclairée et positionnement.

Choisissez d'abord une endroit d'examens bien appropriée , n'ayant pas d'interférence lumineuse avec la lampe.

Ne pas utiliser dans des endroits ou il y à risque d'explosions.

Positionner la tête de la lampe suivant la partie à éclairer en dévissant les poignées de réglage du bras ou de la tête. La position optimum est d'environs 60 cm de la partie à éclairer , ne jamais s'approcher à moins de 30 cm de la partie éclairée , risque d'échauffement important.

Allumer la lampe par l'intermédiaire de l'interrupteur.

Faites votre examen.

A chaque déplacement du positionnement veuillez éteindre la lampe.

Bien serrer les poignées de réglage avant utilisation.

Si vous désirez changer de positionnement la lampe lors de l'examen , il est impératif de desserrez les poignets de serrage avant. Dans le cas contraire , l'usure du système de resserrement des poignets de serrage serait importante et provoquerait à la longue une impossibilité de garder la position souhaitée par manque d'efficacité de serrage.

ATTENTION : Toute personne n'ayant pas les qualifications requises pour le maniement de la lampe expose la personne examinée à des **risques de brûlures par l'ampoule halogène**. Nous vous recommandons auparavant d'évaluer la personne pour sa maîtrise de cet appareil.

La Sté COMED se dégage de toute responsabilité qu'en à la mauvaise manipulation de la lampe ECO en dehors de ces recommandations.

Le fait d'acheter ou de posséder une lampe COMED vaut reconnaissance de la lecture et de son approbation de ce mode d'emploi par le manipulateur et fait partie intégrante du contrat de vente.

Indications complémentaires à lire attentivement:

- Ne pas mettre en contact la lampe avec le patient , risque de brûlures au niveau de l'ampoule.
- Toujours éteindre la lampe après son utilisation et après chaque examens.
- Ne pas démonter la lampe.
- Vérifier de temps en temps si les poignées de réglage-serrage sont bien efficace , risque de basculement des bras. Si vous observez un léger mouvement vers le bas , veuillez retourner la lampe au SAV.

5. Nettoyage et entretien

Risque d'électrocution en cas de changement de l'ampoule et de nettoyage. Débranchez l'appareil avant l'entretien.

Toute opération de nettoyage doit s'effectuer en débranchant la lampe du secteur.
Passez un chiffon légèrement humide à l'eau savonneuse ou désinfectant léger sur les bras. Eviter les parties électriques comme l'interrupteur, le passe câble et les articulations.
Ne jamais immerger la lampe dans un liquide (non étanche).
Opérations devant être effectuées dés que l'ampoule ne fonctionne plus.
Nous vous conseillons de disposer d'une ampoule de rechange.

6. Accessoires

45 300 11	Ampoule de rechange 12V20W Halogène

7. Pièces de rechange

	Voir sur demande chez COMED

8. Garantie

Nous garantissons la lampe ECO COMED conformément aux dispositions légales en vigueur dans les pays respectifs (justificatif sous forme de facture ou bulletin de livraison). La durée de la garantie est d'un an. En cas de défauts de matériel ou de fabrication, nous assurons la réparation gratuite de l'appareil. Le droit en garantie prend fin si des tentatives de réparation ont été entreprises par le client.
Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une utilisation excessive ou d'une usure normale ou anormale sont exclus de la garantie. Adressez-vous SVP à notre SAV.
Nous vous prions de bien vouloir joindre une copie de la facture ou du bulletin de livraison à tout appareil retourné en garantie ou pour réparation.

9. Protection de l'environnement

Les emballages, appareils hors d'usage et accessoires doivent être recyclés conformément aux impératifs écologiques.
L'ampoule halogène doit être récupérée dans un bac prévu à cet effet.
Veuillez respecter la législation en cours.
Votre revendeur vous donnera de plus amples informations.
Soumis à la Directive DEEE. Ne pas jeter la lampe dans la poubelle mais dans un site spécialisée de recyclage. Vous avez la possibilité de retourner cette lampe auprès de votre revendeur médical qui se chargera de nous la faire parvenir.

10. Données techniques

Type	FA45300XX (Haut de la lampe)
Alimentation	230 Volt, 50 Hz.
Puissance absorbée nominale	20 Watt
Nature du courant	1 ~
Luminosité à 60 cm	env. 15 000 Lux
Poids (g)	1 420
Longueur câble cm	300

11. Conformité CE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux normes suivantes ou aux documents normatifs suivants: EN 60 601-1-2 conformément aux dispositions des directives 89/336/CEE .

CE

La lampe ECO COMED n'est pas un dispositif médical suivant la directive 93/42 CEE. Cette lampe ne constitue pas un appareil médical tel que définit dans cette Directive , mais ne représente qu'un appareil d'éclairage commun sans but médical spécifiquement (comme une loupe ou un éclairage plafonnier).

En cas de modifications apportées à l'appareil, cette déclaration perd sa validité et la garantie prend fin.

12. Adresse du fabricant et du SAV

STE COMED
PARC DES FORGES
8 rue Louise MICHEL
F-67200 STRASBOURG FRANCE

Tel : (33) 03 88 77 13 00
Fax: (33) 03 88 77 00 70
E-Mail : sav@comed.fr www.comed.fr

CERTIFIÉE ISO 9001 EN 13485

13. Montage sur pieds roulant

Installez le pieds roulants sur le tube par l'intermédiaire du boulon se trouvant en bas du tube blanc. Desserrez celui-ci et enlevez la rondelle , insérez le tube dans le pieds à 5 branches et remettez la rondelle ainsi que le boulon. Vissez à fond pour rendre solidaire les deux éléments.
Dévissez légèrement la vis se trouvant sur la haut du tube blanc et insérez la lampe par le pignon pivotant. Resserrez la vis sans toutefois bloquer la mobilité de la lampe , s'assurez que la lampe est solidaire du pieds en tirant légèrement vers le haut la lampe , celle-ci ne doit pas se déboîter.